evotech® o melhor conjunto de valores

Manual de Limpeza, Conservação e Assepsia

Consultórios Odontológicos Evotech

A correta higienização e conservação dos consultórios odontológicos é fundamental para garantir a biossegurança, aumentar a vida útil dos equipamentos e preservar as características estéticas dos componentes.

Este manual apresenta as recomendações oficiais para limpeza e assepsia dos equipamentos da Evotech.

---

1. Orientações Gerais

- Realizar a limpeza diariamente e sempre após cada atendimento clínico.
- Utilizar sempre panos macios, limpos e não abrasivos.
- Nunca aplicar produtos diretamente sobre os equipamentos. O produto deve ser aplicado no pano antes da limpeza.
- Após qualquer higienização, realizar a secagem completa das superfícies.
- Evitar excesso de umidade em partes elétricas, eletrônicas e mecânicas.
- Jamais lavar o equipamentos e suas partes, pois a água acumulada danifica as peças e geram oxidação com o passar do tempo.

---

2. Limpeza dos Estofamentos

2.1 Estofamentos em PVC

Para limpeza dos estofamentos em PVC:

Procedimento recomendado:

1. Utilizar pano macio levemente umedecido.
2. Aplicar sabão neutro diluído em água.
3. Realizar a limpeza suavemente.
4. Finalizar com pano seco e limpo.

Recomendado:

- Pano de microfibra
- Sabão neutro
- Limpeza suave e periódica

Não utilizar:

- Álcool diretamente no PVC
- Solventes
- Produtos abrasivos

2.2 Estofamentos em Couro

Para superfícies em couro:

Procedimento recomendado:

1. Utilizar apenas pano macio levemente umedecido.
2. Realizar limpeza suave.
3. Secar imediatamente após a limpeza.

Importante:

O uso de produtos químicos pode causar ressecamento, manchas e redução da vida útil do material.

---

3. Limpeza de Peças Metálicas e Plásticas

As partes metálicas e plásticas do consultório devem ser higienizadas utilizando:

- Álcool 70%
- Pano macio e não abrasivo

Procedimento recomendado:

1. Aplicar o álcool 70% no pano.
2. Limpar suavemente a superfície.
3. Secar caso exista excesso de produto.

Atenção:

Evitar acúmulo de líquidos em conexões, comandos eletrônicos e articulações mecânicas.

---

4. Produtos e Materiais Proibidos

Para preservar os equipamentos e evitar danos irreversíveis, NÃO utilizar:

Materiais abrasivos:

- Esponja abrasiva
- Lã de aço (Bombril)
- Escovas rígidas
- Palhas metálicas
- Espumas abrasivas

Produtos químicos proibidos:

- Ácido peracético
- Hipoclorito de sódio
- Produtos solventes
- Produtos alcalinos
- Produtos ácidos
- Removedores industriais
- Thinner
- Acetona
- Cloro e derivados

5. Riscos da Utilização de Produtos Inadequados

O uso de produtos não recomendados pode causar:

- Ressecamento de estofamentos
- Trincas e rachaduras
- Desbotamento
- Oxidação de peças metálicas
- Perda de brilho
- Danos em componentes plásticos
- Redução da vida útil do equipamento

---

6. Recomendações Técnicas Importantes

- Sempre seguir as orientações deste manual.
- Em caso de dúvida, consultar a assistência técnica autorizada.
- Danos ocasionados por uso inadequado de produtos químicos ou abrasivos podem não ser cobertos pela garantia do equipamento.

---

7. Conservação Preventiva

Para maior durabilidade do consultório odontológico:

- Manter rotina diária de limpeza.
- Evitar exposição prolongada ao sol.
- Evitar excesso de umidade.
- Realizar manutenções preventivas periódicas.
- Utilizar somente produtos compatíveis com superfícies hospitalares e odontológicas.

---

evotech® o melhor conjunto de valores

www.grupoevotech.com.br

www.evotech.ind.br